P/N 505003-15 04-2022

Español

Clearblue

Prueba de Embarazo

Con indicador de concepción

DIGITAL

- Si realiza la prueba a partir de la fecha en que debía tener el período, puede realizarla en cualquier momento del día para determinar si está embarazada.
- Si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período, utilice la primera orina del día.
- Para obtener un resultado preciso del indicador de concepción, debe usar la primera orina del día.
- Evite tomar una cantidad excesiva de líquidos antes de realizar la prueba.

Lea este folleto con atención antes de realizar la prueba.

1 REALICE LA PRUEBA

Cuando esté lista para realizar la prueba, retire la varilla de prueba del envoltorio y extraiga la tapa azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

O bien - Realice la prueba en el chorro de orina

- Coloque la punta absorbente tomadora de muestras hacia abajo en el chorro de orina ***durante 5 segundos únicamente***.
- Tenga cuidado de no mojar el resto de la varilla de prueba.
- Puede volver a colocar la tapa y apoyar la varilla de prueba en una superficie plana.



O

Recolecte una muestra de orina en un recipiente limpio y seco

- Coloque la punta absorbente tomadora de muestras hacia abajo en la orina, tal como se muestra, **durante *20 segundos únicamente***.
- Puede volver a colocar la tapa y apoyar la varilla de prueba en una superficie plana.





Mientras realiza la prueba ***nunca*** sostenga la varilla de prueba con la punta absorbente tomadora de muestras hacia arriba.

2 ESPERE...

- El símbolo de Espera destellará para indicar que la prueba está funcionando.
- Cuando el símbolo de Espera deje de destellar, aparecerá el resultado. Si el símbolo de Espera no aparece después de usar la prueba, *consulte la pregunta 6* en la sección de Preguntas y Respuestas.



3 VEA EL RESULTADO

La prueba de embarazo Clearblue DIGITAL posee un **indicador de concepción** que proporciona un cálculo aproximado de la fecha en que se produjo la concepción. Esta información se muestra en la pantalla junto con el resultado de 'Embarazada'

- Dentro de **3 minutos**, la pantalla mostrará el resultado.
- Es posible que el resultado de 'Embarazada' aparezca en la pantalla **antes que el** resultado del indicador de concepción. **Siga esperando** hasta que el símbolo de Espera deje de destellar para ver el resultado del indicador de concepción. Esto puede demorar hasta 3 minutos.
- Algunos resultados pueden aparecer en apenas 1 minuto.
- El resultado permanecerá en la pantalla durante aproximadamente 24 horas.
- Si el resultado es 'Embarazada', debe consultar al médico, quien la asesorará sobre los próximos pasos que debe dar. El médico calculará la etapa del embarazo sobre la base del primer día de su último período. La concepción se produce alrededor de 2 semanas antes de la fecha de su próximo período. El indicador de concepción proporciona una fecha aproximada de la concepción.
- El indicador de concepción posee una precisión del 92% para detectar la fecha de concepción. El cálculo se basa sobre el nivel de la hormona del embarazo, hCG (gonadotrofina coriónica humana) en la orina. El nivel de hCG varía de una mujer a otra, por lo que es posible que el indicador de concepción en ocasiones proporcione resultados incorrectos. La precisión del resultado 'Embarazada/ No Embarazada' es superior al 99% cuando se realiza la prueba a partir de la fecha en que se debía tener el período.

Errores de la prueba

Lea la sección 'Errores de la prueba' si utilizó la varilla de prueba y la pantalla no muestra ninguno de los resultados que figuran en esta página.

Cómo interpretar los resultados

Resultados	Tiempo desde la concepción	Cómo contabiliza el médico el embarazo (en función de un ciclo de 28 días)*
	**Su resultado es No embarazada** *consulte la pregunta 12* en la sección de Preguntas y respuestas.	-
	**Su resultado es Embarazada** y la concepción se produjo hace aproximadamente 1-2 semanas.	3-4 semanas
	**Su resultado es Embarazada** y la concepción se produjo hace aproximadamente 2-3 semanas.	4-5 semanas
	**Su resultado es Embarazada** y la concepción se produjo hace más de 3 semanas.	5+ semanas

*Su médico contabilizará el embarazo desde el primer día del último período, no desde la fecha de concepción.

Preguntas y Respuestas: lea esta sección, que responde las preguntas más frecuentes.

Clearblue

Prueba de Embarazo DIGITAL

Con indicador de concepción

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL? Cuando está embarazada, su organismo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG en su organismo aumenta en la etapa inicial del embarazo. Clearblue puede detectar diminutas cantidades de esta hormona en la orina. (La sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml). Según el nivel del hCG en la orina, el indicador de concepción proporciona un cálculo aproximado de la fecha de concepción.

2 ¿Qué nivel de precisión tiene la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL para detectar el embarazo? En pruebas de laboratorio, la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL posee una precisión superior al 99% para detectar si está embarazada o no, cuando se usa a partir de la fecha en que debía tener el período. Si se realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período y obtiene un resultado de 'No Embarazada', aún existe la posibilidad de que esté embarazada. *Consulte la pregunta 4.*

3 ¿Qué nivel de precisión tiene el indicador de concepción de la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL? El indicador de concepción posee una precisión del 92% para detectar la fecha de concepción. El cálculo se basa en el nivel de hCG en la orina. El nivel de hCG varía de una mujer a otra, por lo que es posible que el indicador de concepción en ocasiones proporcione resultados incorrectos. Si realiza la prueba más de 6 semanas después de la concepción, el indicador de concepción puede proporcionar resultados inesperados. Esto se debe a que el nivel de hCG en la orina es demasiado alto para que la prueba pueda proporcionar un cálculo preciso del tiempo transcurrido desde la concepción.

4 ¿Cuándo puedo utilizar la prueba de embarazo Clearblue Digital? La prueba de embarazo Clearblue DIGITAL puede usarse hasta 4 días antes de la fecha en que debe tener el período. Si se realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período y obtiene un resultado de 'No Embarazada', aún existe la posibilidad de que esté embarazada. Consulte el cuadro que figura a continuación para ver los resultados de las pruebas clínicas de la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL con muestras de embarazo anticipadas.

Pruebas anticipadas

Clearblue recomienda realizar la prueba a partir de la fecha en que debía tener el período. Sin embargo, la hormona del embarazo aumenta rápidamente a comienzos del embarazo y la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL puede utilizarse para realizar la prueba hasta 4 días antes de la fecha en que debe tener el período. En ensayos clínicos con muestras de embarazo anticipadas, la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL obtuvo los siguientes resultados:

Cantidad de días antes de la fecha prevista del período	-1	-2	-3	-4
% de muestras de mujeres embarazadas con resultado 'Positivo'	98%	97%	86%	55%

Si el resultado es 'No Embarazada' y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, *consulte la pregunta 12*. Para calcular la fecha en que debe tener el período, calcule la duración habitual de su ciclo al contar la cantidad de días desde el primer día de su período hasta el último día antes del inicio del período siguiente.

- Si tiene ciclos irregulares, debe dejar que transcurra una duración similar al ciclo más largo en los últimos meses antes de realizar la prueba.
- Si no tiene idea de cuándo debería tener el período, le recomendamos realizar la prueba no menos de 19 días después de la última vez que tuvo relaciones sexuales sin protección.

5 ¿Existe algún medicamento o alguna enfermedad que pueda afectar el resultado?

- Siempre lea las instrucciones del fabricante de los medicamentos que consuma antes de realizar una prueba.
- Los medicamentos que fomentan la fertilidad y contienen hCG pueden producir resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad con frecuencia se administran de manera inyectable, y es posible que las pruebas realizadas poco tiempo después de la administración den un resultado 'Positivo' falso).
- Los demás tratamientos para la fertilidad (como el citrato de clomifeno), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deben afectar el resultado.
- Si dejó de utilizar anticonceptivos hormonales recientemente o utiliza tratamientos para la fertilidad como el citrato de clomifeno, es posible que sus períodos sean irregulares, provocando que realice la prueba con demasiada anticipación.
- Si estuvo embarazada recientemente (incluso si no llegó a término) puede obtener un resultado 'Positivo' falso.
- Si está en el período de menopausia o se acerca a éste, es posible que obtenga un resultado 'Positivo' falso y que no esté embarazada. En un estudio con mujeres no embarazadas en período premenopáusico y menopáusico que realizaron pruebas con diferentes lotes de la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL un promedio del 0,2% de los resultados fueron 'Positivos', con un rango del 0% al 0.5% en los diferentes lotes. Todos los resultados falsos se registraron en mujeres de más de 50 años.
- El embarazo ectópico y los quistes de ovarios pueden producir resultados engañosos.
- Los embarazos múltiples y ectópicos pueden producir resultados incorrectos en el indicador de concepción.
- En las etapas iniciales se puede producir la pérdida natural del embarazo. Si usted obtiene un resultado 'Positivo' es posible que posteriormente descubra que no está embarazada debido a una pérdida natural. En estas circunstancias, el indicador de concepción puede dar resultados inesperados.

Si obtiene resultados inesperados debe comentarlos con su médico.

6 Utilicé la prueba pero no apareció el símbolo de Espera. ¿Qué significa esto? La prueba no funcionó correctamente. *Consulte la sección Errores de la prueba.*

7 Utilicé la prueba pero no apareció ningún resultado en la pantalla. ¿Qué significa esto? El resultado debe aparecer en la pantalla dentro de 3 minutos. Si no aparece ningún resultado, *consulte la sección Errores de la prueba*.

8 Mi prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer? Si el resultado es 'Embarazada', debe consultar al médico, quien la asesorará sobre los próximos pasos que debe dar. El indicador de concepción ofrece sólo un cálculo aproximado de cuándo se produjo la concepción. El médico calculará la etapa del embarazo sobre la base del primer día de su último período. La concepción se produce alrededor de 2 semanas antes de la fecha de su próximo período.

9 Mi prueba dice que estoy embarazada pero no creo que la concepción se haya producido en la fecha que señala el indicador de concepción. ¿Es posible? El indicador de concepción posee una precisión del 92% cuando la prueba se realiza con la primera orina del día. Es posible que algunos medicamentos o algunas enfermedades afecten el resultado. *Consulte la pregunta 5.*

10 Realicé la prueba ayer y el resultado fue 'Embarazada'. Hice la prueba otra vez hoy y, según el indicador de concepción, se redujo la cantidad de semanas transcurridas desde la concepción. ¿Qué debo hacer? El nivel de hCG fluctúa a medida que aumenta, por lo que es posible que el indicador de concepción muestre resultados inesperados si realiza la prueba en días consecutivos. Realice la prueba nuevamente dentro de 5 días y si los resultados del indicador de concepción todavía muestran que la cantidad de semanas desde la concepción se redujo, *consulte la pregunta 11.*

11 Realicé la prueba hace una semana y el resultado fue 'Embarazada'. Hice la prueba otra vez y, según el indicador de concepción, se redujo la cantidad de semanas transcurridas desde la concepción. ¿Qué debo hacer? Si realizó la prueba según las instrucciones, con la primera orina del día en ambas ocasiones y el indicador de concepción mostró resultados inesperados, debe consultar al médico.

12 Mi prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer? Es posible que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto como para detectarse, o que haya calculado mal la fecha en que debía tener el período.

- Si se realizó la prueba con anticipación, vuelva a realizarla en la fecha en que debe tener el período.

Si su período está retrasado, vuelva a realizarse la prueba dentro de 3 días. Si esta prueba le brinda un resultado 'Negativo' y todavía no tuvo el período, consulte al médico.

ERRORES DE LA PRUEBA



Error de registro: se produjo un error durante la prueba. Esto puede ocurrir porque:

- La punta absorbente tomadora de pruebas no se mantuvo hacia abajo o la prueba no se apoyó sobre una superficie plana una vez que se aplicó la orina.
- Se aplicó demasiada orina o muy poca.

Deberá realizar la prueba otra vez, con una nueva prueba, teniendo cuidado de seguir las instrucciones.



Error en blanco La prueba no funcionó como se esperaba. Esto puede deberse a que no se hayan respetado las instrucciones de uso. Deberá realizar otra prueba. Respete atentamente las instrucciones de uso.

DESECHO DE LA PRUEBA

Retire la batería antes de desechar la varilla de prueba. La batería debe desecharse de acuerdo con el esquema de reciclaje adecuado. Para retirarla, inserte una moneda en la ranura que se encuentra al extremo y gírela para abrir la parte posterior de la varilla de prueba. Si la batería no está visible, deslice el soporte de la batería hacia afuera en el sentido de la flecha para poder extraerla. ***Precaución:*** No desarme las baterías, no las recargue ni las arroje al fuego.

www.clearblue.com

Clearblue Asistencia

Lunes – Viernes 07:30 h. – 16:00 h. CST.

01- 800-083-0914

Las llamadas desde algunos teléfonos móviles podrían incurrir en cargos.
Por favor, compruebe las tarifas exactas de su operador de telefonía.
Por favor, tenga el producto y la caja a mano cuando nos llame.
Las llamadas son grabadas por motivos de capacitación y control de calidad.

© 2022 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.
Todos los derechos reservados. Clearblue es una marca registrada.

Prueba de embarazo doméstica. IVD
No indicada para uso interno.
Mantenga lejos del alcance de los niños.
Permita que el dispositivo alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba si éste fue conservado en refrigeración.
No utilizar si el envoltorio que contiene la varilla de prueba está dañado.
No utilizar si la varilla de prueba está vencida.
Este producto contiene baterías.
Desechar de acuerdo con la reglamentación local.

IVD	Agente de diagnóstico	LOT	Número de lote
2°C 30°C	Límite de temperatura De 2 °C a 30 °C.		Fecha de Caducidad